GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-001	**Producent / model:**	KERN 572-57
Serie nr.:	W1509139	**Type:**	Vægt, maks. 24000 g, d = 0,1 g
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
20.01.2016	FRCN	Kalibrering. Godkendt ift. Kalibreringsprocedurer og krav. Næste kalibrering senest januar 2017.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-002	**Producent / model:**	KERN EMB 2000-2V
Serie nr.:	WD150041534	**Type:**	Vægt, maks. 2000 g, d = 0,01 g
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
25.01.2016	FRCN	Kalibrering. Godkendt ift. Kalibreringsprocedurer og krav. Næste kalibrering senest januar 2017.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-003	**Producent / model:**	Assistent Magnetmix 2070
Serie nr.:	-	**Type:**	Magnetomrører
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
03.11.2016	FRCN	Udstyr ankommet og tjekket. OK.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-004	**Producent / model:**	KERN YDB-02
Serie nr.:	-	**Type:**	Densitetsbestemmelsesset til EMB 2000-2V
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
12.01.2016	FRCN	Udstyr ankommet og tjekket. OK.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-005	**Producent / model:**	KERN M1 Prøvevægtsæt
Serie nr.:	G161387 + G161373 + G1613680 + G1613681	**Type:**	1 mg - 2 kg

Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**
29.01.2016	FRCN	Udstyr ankommet og tjekket. OK.

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-006	**Producent / model:**	KERN M1 Prøvevægtsæt
Serie nr.:	G152578 + G152723	**Type:**	5 kg + 10 kg
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
29.01.2016	FRCN	Udstyr ankommet og tjekket. OK.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-007	**Producent / model:**	MEMMERT ULE 400
Serie nr.:	g496.0507	**Type:**	Ovn, maks. 150 grader C
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
14.01.2016	FRCN	**DEFEKT. Forsøgt repareret. Memmert kontaktet. Ingen reservedele på en så gammel model. MÅ IKKE BRUGES!**	
02.03.2016	FRCN	**Ny teperaturregulator modtaget. Service bestilt.**	
23.03.2016	FRCN	Teperaturregulator udskiftet. Ovn OK. Kalibreret. Godkendt ift. Krav. Næste kalibrering marts 2017.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-008	**Producent / model:**	KIMO TK 110
Serie nr.:	1P151231592	**Type:**	Termometer, -200 °C < temp. < 1760 °C
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
22.01.2016	FRCN	Udstyr ankommet og tjekket. OK.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-009	**Producent / model:**	MEMMERT UL 50
Serie nr.:	870.908	**Type:**	Ovn, maks. 250 grader C
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
02.03.2016	FRCN	**DEFEKT. Får HFI relæ til at stå fra. Service bestilt. MÅ IKKE BRUGES!**	
23.03.2016	FRCN	**Fejl udbredret. Et af varmelegemnerne slået fra så ovnen virker igen, men vil være længere tid om at varme op. Endnu ikke kalibreret!**	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-010	**Producent / model:**	COMARK AT26M
Serie nr.:	-	**Type:**	Temperaturføler, type T, fleksibel, -100 °C < temp. < 250 °C
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
09.02.2016	FRCN	Udstyr ankommet og tjekket. OK.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-011	**Producent / model:**	TM Electronics KM04
Serie nr.:	-	**Type:**	Temperaturføler, type K, stang, -200 °C < temp. < 1100 °C
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
09.02.2016	FRCN	Udstyr ankommet og tjekket. OK.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-012	**Producent / model:**	Moore and Wright MW110-15DBL
Serie nr.:	150524661	**Type:**	Digital skydelære, 150 mm
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
19.02.2016	FRCN	Udstyr ankommet og tjekket. OK.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-013	**Producent / model:**	Endecotts, sigte, messing
Serie nr.:	7053483	**Type:**	ISO3310-1, ø200 mm x 50 mm, 0.063 mm maskividde
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
03.03.2016	FRCN	Udstyr ankommet og tjekket. OK.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-014	**Producent / model:**	KERN OZL 445
Serie nr.:	-	**Type:**	Stereomikroskop, 0,75x - 3,6x, 10x Ø 21.5 mm, binocular
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
07.03.2016	FRCN	Udstyr ankommet og tjekket. OK.	

GEOhelper.dk

Logbog for inventar / apparart / måleudstyr

Stamblads nr.:	LAB-015	**Producent / model:**	Naberthmern GmbH
Serie nr.:	-	**Type:**	Glødeovn, LE 6/11/R7, maks. 1100 °C, med temp.begrænsning
Dato:	**Init.:**	**Aktivitet:**	
18-19.04.2016	FRCN	Kalibrering. Godkendt ift. kalibreringsprocedurer og krav. Næste kalibrering senest april 2017.	